TE268 A

www.image-engineering.de

Acceptance protocol

SN:	EXAMPLE
Order Confirmation:	
Date:	
Operator:	

Refelctances of the gray patches*

Patch	Reference reflectance	Measured reflectance	Deviation	Optical Density
1 (white)	0,93325			0,03
2	0,87363			0,06
3	0,81401			0,09
4	0,75438			0,12
5	0,69476			0,16
6	0,63514			0,20
7	0,57551			0,24
8	0,51589			0,29
9	0,45627			0,34
10	0,39664			0,40
11	0,33702			0,47
12	0,27740			0,56
13	0,21777			0,66
14	0,15815			0,80
15	0,09853			1,01
16 (black)	0,03890			1,41

*Individually measured on center star with X-Rite eXact
https://www.image-engineering.de/content/products/charts/IE_reference_data_accuracy.pdf